GARRY

KULLANIM TALİMATI • TR

Sapphire Blade

Saç ekiminde alıcı bölgede mikro kanal açmak için kullanılan alet.

- Tekrar Kullanılabilir
- Non-Steril Teslim
- 134 °C'de Buhar Sterilizasyonu



SAPPHIRE BLADE
SF SERİSİ

01

Ürün tanımı

ÜRÜN AİLESİ	SİPARİŞ KODU SERİSİ	ÖLÇÜLER	TESLİM ŞEKLİ
Sapphire Blade	SF serisi	Genişlik 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 ve 1,7 mm; bıçak uzunluğu 4,0, 4,5, 5,0 ve 5,5 mm; 28 sipariş kodu	Tekrar kullanılabilir; non-steril olarak teslim edilir

Her bıçak non-steril olarak, koruyucu tekli ambalajında teslim edilir; bir kutuda 10 bıçak bulunur. Kullanmadan önce bıçak genişliğini ve uzunluğunu sipariş koduyla karşılaştırın, tutucuyla uyumunu doğrulayın. Tüm ölçüler ve sipariş kodları Bölüm 02'de yer alır.

Malzeme: safir kristal. Ucu, mikro kanal açmak için V şeklindedir.

02

Ölçüler ve sipariş kodları

Her ölçünün kendi sipariş kodu vardır. Satırlar bıçak genişliğini, sütunlar bıçak uzunluğunu gösterir.

	BIÇAK UZUNLUĞU			
BIÇAK GENİŞLİĞİ	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	5,5 mm
1,1 mm	SF-110-40	SF-110-45	SF-110-50	SF-110-55
1,2 mm	SF-120-40	SF-120-45	SF-120-50	SF-120-55
1,3 mm	SF-130-40	SF-130-45	SF-130-50	SF-130-55
1,4 mm	SF-140-40	SF-140-45	SF-140-50	SF-140-55
1,5 mm	SF-150-40	SF-150-45	SF-150-50	SF-150-55
1,6 mm	SF-160-40	SF-160-45	SF-160-50	SF-160-55
1,7 mm	SF-170-40	SF-170-45	SF-170-50	SF-170-55

ÖRNEK

SF - **110** - **40**

Sipariş kodu serisi	Bıçak genişliği	Bıçak uzunluğu
	1,1 mm	**4,0 mm**

SF kodlarında ilk rakam grubu bıçak genişliğini milimetrenin yüzde biri, son grup ise bıçak uzunluğunu milimetrenin onda biri cinsinden verir. Örneğin SF-110-40, 1,1 mm genişliğinde ve 4,0 mm uzunluğunda bir bıçaktır. Kullanmadan önce kodu ürün etiketinden doğrulayın.

03

Kullanım amacı

GARRY Sapphire Blade, saç ekiminde greftlerin yerleştirileceği mikro kanalları açmak için tasarlanmış bir alıcı bölge aletidir. Klinik planın kanalların önceden açılmasını öngördüğü işlemlerde, kanal açma aşamasında kullanılır.

Bıçak, uyumlu bir bıçak tutucuyla kullanılır. Açıkta kalan bıçak boyunu, yani derinliği tutucu belirler; kanal planına ve tekniğe her hasta için cerrah karar verir.

04

Hedef kullanıcılar

Alıcı bölgede kesi teknikleri, steril çalışma ve uyumlu bıçak tutucu konusunda eğitim almış, yetkin saç ekimi profesyonellerinin kullanımı içindir. Alet; klinik eğitimin ve uygulayıcının hastaya göre ölçü ve teknik seçme kararının yerini tutmaz.

05

Uyarılar ve önlemler

- ⚠ Alet non-steril olarak teslim edilir. İlk kullanımdan önce ve hastalar arasında temizleyip buharla sterilize edin.
- ⚠ V şeklindeki kesici uç keskindir. Bıçağı yalnızca sapından tutun; kesici kenarı ellerden uzak tutun.
- ⚠ Safir kristal sert ama kırılgan bir malzemedir. Bıçağı düşürmeyin, bir yere çarpmayın, bükmeyin ve bıçağa yandan kuvvet uygulamayın.
- ⚠ Kullanım, temizlik, sterilizasyon, taşıma ve saklama sırasında kesici kenarı metal aletlerden, sert tepsilerden ve diğer sert yüzeylerden uzak tutun.
- ⚠ Yalnızca seçtiğiniz bıçakla uyumlu olduğu doğrulanmış bir bıçak tutucu kullanın. Kullanmadan önce bıçağı, tutucu üreticisinin talimatına göre sabitleyin.
- ⚠ Her kullanımdan önce ucu büyütme altında inceleyin. Çentikli, çatlak veya başka bir şekilde hasar görmüş bıçağı kullanmayın. Böyle bir bıçağı kullanımdan kaldırın; yeniden bilemeyin, yenilemeye çalışmayın ve üzerinde değişiklik yapmayın.

06

Kullanım talimatı

1. Sipariş kodunu, bıçak genişliğini ve uzunluğunu kontrol edin. Bıçağın temiz, kuru, sterilize edilmiş ve hasarsız olduğundan emin olun. Bıçak non-steril olarak teslim edilir; ilk kullanımdan önce temizlenip sterilize edilmelidir.
2. Bıçağı yalnızca sapından tutun. Tutucunun talimatına uyarak uyumlu bir bıçak tutucuya takın ve yerine sağlam oturduğundan emin olun. Açıkta kalan bıçak boyunu tutucunun talimatına ve onaylı klinik plana göre ayarlayın.
3. Yetkin uygulayıcı, bıçak genişliğini ve uzunluğunu greft profiline ve alıcı bölge planına göre seçer; ardından alıcı kanalları kliniğin onaylı tekniğiyle açar. Bıçağı kanırtmayın, döndürmeyin ve bıçağa yandan kuvvet uygulamayın.
4. Kullanımdan sonra bıçağı tutucunun talimatına göre çıkarın. Kontamine ve kesici alet olarak ele alın, ucunu sert yüzeylere değmekten koruyun ve yeniden işleme sürecini gecikmeden başlatın.

07

Temizlik ve yeniden işleme

Bıçağı kullanımdan hemen sonra, valide edilmiş bir yöntemle, sıvıya daldırarak ve üzerinden sıvı geçirerek elle temizleyin. Deterjanın ve kurumunuzun talimatlarına uyun. Temizlik boyunca kırılgan kesici kenarı koruyun; kenarı silmeyin, ovmayın.

1. Kullanım alanında bıçağı, tutucunun talimatına göre tutucudan çıkarın. Sapından tutun ve kan ya da doku kalıntıları üzerinde kurumadan durulayın.
2. Alete uygun, nötr pH'lı bir deterjana daldırarak temizleyin. Seyreltme oranı, su sıcaklığı ve temas süresi için deterjanın talimatına uyun. Bıçağı serum fizyolojik ve klor içeren maddelerle uzun süre temas ettirmeyin.
3. Temizlik sıvısının bıçağın bütün yüzeylerine ulaşmasını sağlayın. Kesici kenarı silmeyin, ovmayın; kenarın metal veya sert yüzeylere değmesine izin vermeyin. Garry Medical bu bıçak için yazılı onay vermedikçe ultrasonik temizleyici veya yıkayıcı dezenfektör kullanmayın.
4. Kurumunuzun valide edilmiş prosesinde tanımlanan kalitedeki suyla iyice durulayın. Bıçakta kalıntı veya hasar olup olmadığını büyütme altında inceleyin. Kalıntı kaldıysa temizliği tekrarlayın; hasar varsa bıçağı kullanımdan kaldırın.
5. Bıçağı tamamen kurutun. Kesici kenarı metalden ve diğer sert yüzeylerden uzak tutan koruyucu bir kutuya veya valide edilmiş bir sterilizasyon tepsisine yerleştirin.

08

Sterilizasyon

134 °C
BUHAR STERİLİZASYONU

Bıçak non-steril olarak teslim edilir. Temizledikten sonra, ilk kullanımdan önce ve kullanımlar arasında 134 °C'de buharla sterilize edin. Döngü boyunca kesici kenarı metal ve sert yüzeylere değmekten koruyun; koruyucu bir kutu veya bu iş için ayrılmış bir tepsi kullanın.

Valide edilmiş bir sterilizasyon döngüsü kullanın; sterilizasyon ve kurutma sürelerini sterilizatör üreticisinin talimatına ve kurumunuzun bıçak ile ambalajı için valide ettiği prosese göre ayarlayın. Kurumunuzun valide edilmiş prosesi buna uygunsa ön vakumlu döngü kullanın; döngü izleme ve yük onayı prosedürlerine uyun.

09

Kontrol, saklama ve kullanım ömrü

Her kullanımdan önce kesici kenarı büyütme altında inceleyin. Tekrar kullanılabilir bıçak, 30.000 kanal açımına kadar kullanılmak üzere tasarlanmıştır; ucu çentikli, çatlak veya başka bir şekilde hasar görmüşse ya da bıçak tutucuya sağlam oturmuyorsa bıçağı daha erken kullanımdan kaldırın. Yeniden bilemeyin, yenilemeye çalışmayın.

Sterilizasyondan sonra bıçağı, kullanılacağı ana kadar valide edilmiş steril bariyerin veya kabın içinde tutun. Kesici kenarın metal veya sert yüzeylere değmeyeceği koruyucu bir kutuda veya tepside saklayın. Hasarlı veya kullanımdan kaldırılmış kesici aleti, kurumunuzun kesici-delici alet ve kontamine atık prosedürlerine göre bertaraf edin.

10

Sorular ve olumsuz olay bildirimi

Bu talimatta yanıtını bulamadığınız kullanım, temizlik ve sterilizasyon sorularınızı Garry Medical yazılı olarak yanıtlar. Sorunuzu, sipariş kodunu belirterek info@garrymedical.com adresine gönderin.

Aletle ilgili yaşanan her ciddi olumsuz olayı Garry Medical'a ve bulunduğunuz ülkenin yetkili otoritesine bildirin.

11

Marka ve firma bilgileri

MARKA	Garry
YETKİLİ FİRMA	Garry Medikal İthalat İhracat Limited Şirketi
ADRES	Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent A5 Blok No:10 Ap./1B03 Esenler, İstanbul / Türkiye
İLETİŞİM	info@garrymedical.com | +90 212 909 03 45



GARRY

Saç ekimi için hassas aletler

info@garrymedical.com • +90 212 909 03 45 • garrymedical.com